作成日：2018年6月29日

岡山大学病院　御中

遠心機点検結果報告書

記

1．点検機種名：　テーブルトップ遠心機　２８００

製造番号：　MX２５２０

製造番号：　Ｊ２１１９９

2．点検実施日：２０１８年6月２８日

3．点検技術者：　前　　宏

4．別紙書類：試験記録

首記の遠心機点検が完了しましたのでご報告申し上げます。

広島県広島市安佐南区祇園４丁目51－26
久保田商事株式会社　広島営業所
所長代理　前　　宏

点　検　記　録

2018年6月28日実施

点検者　　前　　宏

試験品名	テーブルトップ 冷却遠心機	本体型式	2800	製造番号	MX2520
メーカー名	㈱久保田製作所	ロータ型式	RS-240	製造番号	—

1．試験結果

試験項目	設定値	表示	測定値	規格	合否判定
回転数制御精度	3,000rpm	3000rpm	3002rpm	±100rpm	合格
温度制御精度	4℃	4℃	4.9℃	±2℃	合格
タイマー精度	10分	10分	10分00秒	±2秒	合格

注意：ゼンマイおよび電動タイマーの精度は、30分±3分・10分±1分・5分±40秒

2．試験用測定器

測定器具名	型式名	管理番号又は製造番号	校正年月日	製造メーカー名
光電式回転計	HT-4100	L7220163	2018/3/14	小野測器
温度計	TX1001	T1H3041	2018/3/14	横河電機
ストップウオッチ	S031-4000	HICA004	2018/3/14	セイコー㈱

3．特記事項

4760

KUBOTA

作業報告書

訪問先

〒 700 − 0914

名称 岡山大学病院 3F 検査室　所在地 岡県岡山市北区鹿田町 2-5-1

電話 086-223-7151　内線　お名前　様

作業日 2018 年 6 月 28 日　**作業者** 前　宏

訪問内容 1. 修理　2. 巡回サービス　3. 定期点検　4. GMP/GLP点検　5. 納品　6. その他

機種名 2800 × 2台　ローラ名 RS-240

E019, CD246　053-7130　053-6850　053-4980

点検報告

機械製番No. MX500/J21199　電源電圧 100 V　周波数 60 Hz

ローラ製番No.　積算時間計　度数計

回転数・時間・温度のチェックを行いました。

点検結果、良好です。

詳細は別紙「点検記録」をご参照願います。

「ローラ更新のお願い」文書をお渡ししました。　(完了)・継続

作業料金 1. 請求いたしません　2. 請求させていただきます　3. その他

技術料　時間	円	4. 別紙、お見積り通り	円
コードNo　品名　個数	円	5.	円
1.	円	6.	円
2.	円	7.	円
3.	円	8. 出張費	円

修理価格表

出張修理をしたときは次のように請求させていただきます。

修理品の保証期間は6ヶ月です。（修理部分についてのみ）

(1) 技術料　最初の1時間　価格 13,000円
30分増すごとに　価格 5,000円
(注) お客様のご都合による17時から22時までの作業は25%増し、22時以降は50%増し、土曜、日曜、祝日と弊社の休日の作業は50%増しの技術料とさせていただきます。

(2) 出張費　公共交通機関を利用したときは実費を、社用自動車を利用したとき、1kmあたり200円を申し受けます。
高速道路料金は実費を申し受けます。

(3) 宿泊出張費その他の費用
弊社の旅費規程により費用を申し受けます。

請求のときは久保田商事株式会社より請求書をお送りしますので、よろしくお願いいたします。

納品金額	小計	円
消費税		円
ご請求額	合計	円

請求書送付先

販売店 (株)エバルス

ご担当者 渡邊 様

電話

ご承認印

お願い

(1) 医療関係機関で使用した遠心機は、廃棄物処理法により感染性廃棄物に指定され、特別管理産業廃棄物に該当します。このため弊社で廃棄のためにお引取りすることはできません。「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を持った会社にご依頼ください。

(2) 「日本国内専用機」 This model is designed exclusively for Japan
この製品は日本国内100V専用です。また日本国内での使用を意図した安全規格に基づいて設計・試験・製造しているため、日本国外でのご使用は、重大な事故の危険や障害の原因となります。
「日本国内専用機」を、日本国外へ持ち出ししないよう、お願いいたします。また、日本国外での「日本国内専用機」に対するサービス（修理、点検、消耗品の供給など）の提供、につきましても、対応いたしかねます。

(3) 修理見積後の修理キャンセルの場合、点検見積作業費として10,000円（税別）と交通費を申し受けます。

点　検　記　録

2018年6月28日実施

点検者　　前　　宏

試験品名	テーブルトップ 冷却遠心機	本体型式	2800	製造番号	J21199
メーカー名	㈱久保田製作所	ロータ型式	RS-240	製造番号	—

1．試験結果

試験項目	設定値	表示	測定値	規格	合否判定
回転数制御精度	3,000rpm	3000rpm	3002rpm	±100rpm	合格
温度制御精度	4℃	4℃	5.1℃	±2℃	合格
タイマー精度	10分	10分	10分00秒	±2秒	合格

注意：ゼンマイおよび電動タイマーの精度は、30分±3分・10分±1分・5分±40秒

2．試験用測定器

測定器具名	型式名	管理番号又は製造番号	校正年月日	製造メーカー名
光電式回転計	HT-4100	L7220163	2018/3/14	小野測器
温度計	TX1001	T1H3041	2018/3/14	横河電機
ストップウオッチ	S031-4000	HICA004	2018/3/14	セイコー㈱

3．特記事項

11112