

2018/2/14時点の画像診断機器 校正、メンテナンス状況

	機械の種類	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス
2017.10.20 確認	自動電子血圧計	オムロン株式会社	デジタル自動血圧計 ファジィ・HEM-7230 デジタル自動血圧計:HEM-6022		①HEM-7230:2014.5購入 2017.6.14点検実施 ②HEM-6022:H2011.2.3購入(2台あり) 1:2017.6.14点検実施 2:2017.7.6点検実施	①:2018年6月 ②-1:2018年6月 ②-2:2018年7月
		テルモ株式会社	テルモ電子血圧計 ES-P3000(①、②) ESW500ZZ(③)		①2011年1月31日購入(1年間は保証期間あり)。 2017.9.27点検実施 ②2014年3月7日購入 →破損したが修理対応となる。(2015.7.29点検) 2017.9.27点検実施 ③ES-P3000破損したためESW500ZZ無償提供 →2015.7.22~使用開始 2017.10.6点検実施	①:2018年9月 ②:2018年9月 ③:2018年10月
2018.2.14 確認	電子体温計	テルモ株式会社	テルモ電子体温計C205		点検はコールセンターへ連絡 (テルモ・コールセンター:0120-12-8195) 2018.02.07点検実施	2019年2月(3本とも)
2018.1.4 確認	全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー・ア ンド・ディ	型番: AD-6228A 2011年11月購入 型番:AD-6228AP 2016年2月三朝病院より (2014年9月3日三朝納品)		体重:1回/2年、院内にて行われる「岡山県計量協会」の定期点検(計量法に基づく点検)を受け、証明シール貼付してもらうことで確認。(身長計は「計量法」の対象外) 2017年7月13日:2台の体重計のみ点検実施 2017年12月28日:標準棒使用し身長計点検実施	身長:2018年12月 体重:2019年
2017.8.1 確認	体重計	株式会社タニタ	体脂肪計インナーキャン ①BC-569 ②BC-300		①2012年10月5日購入 ①、②:2017.7.13点検実施	2019年
2017.8.1 確認	パルスオキシメータ	村中医薬器械株式会社	SB220		①2010年10月25日購入 2017.7.12点検実施 ②2013年12月20日購入 2017.6.23点検実施 ③2017年9月14日購入 2017.8.23点検実施	①2018年7月 ②2018年6月 ③2018年8月

中放部機器:始業時、就業時に異常がないことを確認(チェック形式の点検記録あり)。異常を認めた際にはメーカーメンテナンスを依頼。

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2017.8.25 確認	一般X線撮影	TOSHIBA	KXO-80SS		設置後1年内の無償点検
		TOSHIBA	KXO-80SS		設置後1年内の無償点検
		TOSHIBA	KXO-80SS		設置後1年内の無償点検
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	設置後1年内の無償点検
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	設置後1年内の無償点検
	FUJIFILM	CALNEO	CD or DVD	設置後1年内の無償点検	

- ←30X線撮影(胸部・腹部、頭部など): X線発生装置
- ←40X線撮影(胸部・腹部): X線発生装置
- ←41X線撮影(胸部・腹部): X線発生装置
- ←42X線撮影(整形、その他): X線発生装置・画像処理装置
- ←43X線撮影(整形、その他): X線発生装置・画像処理装置
- ←30・40・41X線撮影: 画像処理装置

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2017.8.25 確認	CT	Siemens	Definition Flash	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年
		TOSHIBA	Aquilion ONE	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年
		TOSHIBA	Aquilion 64	CD or DVD	メンテナンス契約は、H29.06で終了。スポット点検で対応
		GE	Discovery CT750 HD	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年
		TOSHIBA	Aquilion Precision	CD or DVD	設置後1年内の無償点検
		TOSHIBA	TSX-101A/GK	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年
	TOSHIBA	TSX-101A/NA	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	

Power Injector

ソフトウェアバージョン	電子媒体への
synrgo CT 2011A	コドニックス virtua
V8.3 SP0004J	コドニックス virtua
V3.35JR010	コドニックス virtua
11MW44.11(2012/11/7~)	コドニックス virtua
V8.6 SP0006J	コドニックス virtua
V3.38JR005	コドニックス virtua
V4.77JR007	コドニックス virtua

- ←MRI室1(3T)
- ←MRI室2(3T)
- ←MRI室3(3T)
- ←MRI室4(1.5T)

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2017.8.25 確認	MRI	Siemens	MAGNETOM Verio	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年
		Siemens	MAGNETOM Skyra	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年
		Siemens	MAGNETOM Prisma	CD or DVD	設置後1年内の無償点検
		Siemens	MAGNETOM Aera	CD or DVD	設置後1年内の無償点検

Power Injector

ソフトウェアバージョン	Magnetic Field Strength
synrgo MR B19 (2014.08.02~)	3Tesla
synrgo MR VE11A (2016.02.13~)	3 Tesla
synrgo MR E11C(2017.2.28~)	3 Tesla
synrgo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla

- ←MRI室1(3T)
- ←MRI室2(3T)
- ←MRI室3(3T)
- ←MRI室4(1.5T)

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2017.8.25 確認	Scintigraphy	GE	Discovery NM/CT 670	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年
		SIEMENS	Symbia T16	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年

ソフトウェアバージョン	本体の点検は2回/年
Xeleris V.3.1(2016/2/2~)	←H24.7~
VA60A	

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2017.8.25 確認	骨塩定量	HOLOGIC	HorizonA	CD or DVD	設置後1年内の無償点検

- ←36骨塩定量

備考	Modality (撮像手段)	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン
2017.11.1 確認	心電計	日本光電株式会社	EOG-9522(2台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年7月26日に実施)	2018年7月
			EOG-9422	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年7月26日に実施)	2018年7月
			EOG-1550	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年7月26日に実施)	2018年7月
EOG-2550(3台)	紙(電子カルテから印刷)		1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年7月26日に実施)	2018年7月		
2017.11.1 確認	脳波計 3台		EEG-1218 ルーチン	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年3月7日に実施。)	2018年3月
	脳波計 1台		EEG-1214 往診用	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年3月7日に実施。)	2018年3月
2017.11.1 確認	筋電計	Neuropack MEB-2208	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年6月13日実施。)	2018年6月	
		Neuropack MEB-2306	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年6月13日実施。)	2018年6月	
2017.11.1 確認	肺機能機器	チェスト株式会社	CHESTAC-9800DN	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年9月22日に実施)	2018年9月
2018.1.18 確認	心エコー機器	東芝 メディカルシステムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年12月5日に実施。)	2018年12月
		フィリップス エレクトロニクス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年2月2日に実施。)	2018年1月
		GEヘルスケア	vivid E9	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年2月28日実施。)	2018年2月
		GEヘルスケア	vivid 7 dimension	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年11月30日実施。)	2018年12月
		東芝 メディカルシステムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年6月28日実施。)	2018年6月
		フィリップス エレクトロニクス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年2月2日に実施。)	2018年1月
	日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年8月23日実施。)	2018年8月	
	日立アロカ	prosound α10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年8月31日実施。)	2018年8月	
	腹部エコー機器	東芝 メディカルシステムズ	SSA-790A(7番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年9月14日実施。)	2018年9月
		東芝 メディカルシステムズ	SSA-790A(8番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年3月24日実施。)	2018年3月
日立アロカ		prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年8月8日実施。)	2018年8月	
日立アロカ		prosound α10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年8月31日実施。)	2018年8月	
	ECHOSENS	FibroScan 502 touch	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2017年8月21日実施。)	プローブの校正(2017年11月3日実施。) プローブ校正は半年毎	2018年8月

- ←日常点検記録
←取扱説明書
手順書あり

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン	
2018.1.17 確認	デジタル温度計 標準棒状温度計	日本計量器工業株式会社	K-jet-1		1回/年 校正 2017年12月18日~2017年12月20日実施	2018年12月
			ガラス製(水銀)温度計		1回/年 校正 2017年12月15日実施	2018年12月
	温度計	Fisher Scientific	冷凍庫用アラーム温度計 Plus (Model Number:06-664-269)		保障期間:2016/11/15~2018/11/15	2018年11月
			冷凍庫用高精度白金温度計 (Model Number:15-081-108)		保障期間:2016/11/15~2018/11/15	2018年11月
2017.10.20 確認	遠心機	久保田製作所	5420		保障期間:2016/9/30~2018/9/30	2018年9月
			2800		1回/年 メーカーメンテナンスを実施 (2017年6月30日実施) 1回/年 メーカーメンテナンスを実施 (2017年6月30日実施)	2018年6月

- ←標準温度計
- ←緊急検査室冷凍庫 2017/6/28~
- ←冷蔵庫5 2017/6/26~
- ←冷凍庫F 2017/6/26~
- ←深凍冷凍庫 2017/5/5~
- ←日常点検記録
←取扱説明書
手順書あり
- ←冷却機能あり