

検査成績書

証明書番号: TES18EL-887

品名(コード) : 電子血圧計(ES-P3000G)
製造番号 : 10-C19
検査結果 : 下記の通り(検査実施日: 2018年10月24日)
この器械が正常に作動することを証明します。

No.	検査項目	検査基準	判定
1	パネルシート部検査	表示事項等の外観に異常無きこと。	合格
2	本体、表示検査	表示事項・基準適合証印・製造番号等の外観に異常無きこと。	合格
3	本体外観検査	本体外観・部品取付・組立状態等の異常無きこと。	合格
4	衝撃検査	部品の外れ・異音・ガタツキ等の無きこと。	合格
5	始動・停止検査	表示及び動作に異常無きこと。	合格
6	測定動作確認検査	動作異常の無きこと。	合格
7	器差検査	圧力基準器に対して、圧力精度が±3mmHg以内であること。	合格

2018年10月25日

テルモ株式会社MEセンター 信頼性保証室
静岡県駿東郡長泉町下長窪1002-1

作成者	承認者
	