

## 検 査 成 績 書

証明書番号：TET19CW-082

品名(コード) : テルモ電子体温計C205  
 製造番号 : 12-C27Aロット(1)  
                   12-C27Aロット(2)  
                   12-L01Aロット(3)  
 数量 : 3本  
 検査結果 : 下記の通り(検査実施日：2019年02月19日)  
                   この機器が正常に作動することを証明します。

### 検査結果

検 査 項 目		検 査 基 準 内 容		判 定
外 観 検 査	1	製品ロット No.	体温計本体に指定の捺印がされている事。	合 格
	2	外観部品取付	部品のガタツキ等がない事。	合 格
機 能 検 査	1	電源投入動作検査	収納ケースより取り出した時、基準動作をする事。	合 格
	2	温度精度検査	32.5/37.0/41.5℃の基準温度に対し±0.1℃である事。	合 格
	3	ブザー検査	ブザーが規定回数鳴る事。	合 格
	4	オートスタート検査	温槽に浸漬し測定がスタートする事。	合 格
	5	表示保持検査	検温終了後、表示が持続されている事。	合 格
	6	表示検査	液晶表示部にセグメント欠け等がない事。	合 格
	7	動作検査	エラー(E)表示およびオーバー(O)表示になる事。	合 格
	8	予測確認モード	予測温と実施温の表示が交互に切り替わる事。	合 格

2019年02月20日

テルモ株式会社MEセンター 信頼性保証室

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1002-1

作成者	承認者
 中原 '19.2.20 0400899	 若林 '19.2.20 9300838