

2018/7/22時点の画像診断機器 校正、メンテナンス状況

備考	機械の種類	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス
2018.10.29 確認	自動電子血圧計	オムロン株式会社	デジタル自動血圧計 フジシ:HEM-7230 デジタル自動血圧計:HEM-692Z		①HEM-7230:2014.3購入 2019.6.21点検実施 ②HEM-692Z:15011.2.3購入(2台あり) 1.2019.6.21点検実施 2.2018.7.20点検実施	①:2020年6月 ②:2020年9月 ②-2:2019年7月
2019.3.5 確認	電子体温計	テルモ株式会社	テルモ電子体温計C205		①2011年1月31日購入(1年間は保証期間あり) 2018.10.24点検実施 ②2011年3月7日購入 一確した修理対応となる。(2015.7.29点検) 2018.10.24点検実施	①:2019年10月(購入予定) ②:2019年10月(購入予定) ③:2019年10月
2018.12.5 確認	全自動身長体重計	製造:リトフ販売 株式会社ニード・アソシエイ	型番:AD-6228A 2011年11月購入 型番:AD-6228AP 2016年2月三朝病院より (2014年9月3日三朝納品)		①2010.10.24点検実施 ②2011.7.22一般用開始 2018.10.18点検実施	2020年2月(3名とも) メンテナンス出社予定 2019年 実測購入予定 (体温年数が経過するたため)
2017.8.1 確認	体重計	株式会社タニタ	体脂肪計インテグレーション 1BC-369 ②BC-300		体重:1回/2年、陸内にて行われる「岡山県計量協会」の定期点検(計量法に基づく点検)を、証明シール貼付してもらうことで確認。(身長計は「計量法」の対象外) 2017年7月19日:2台の体脂肪計のみ点検実施 2018年10月5日:標準検査用、身長計点検実施	身長:2018年12月 体重:2018年4月
2018.10.3 確認	ハルスオキシメータ	村中医器株式会社	SB220(①、③) FS200(②)		①2012年10月5日購入 ①、②:2017.7.13点検実施 ②2019年6月21日新規購入 ③2017年9月14日購入 ①2010年10月25日購入 2018.7.30点検実施 2018.9.19点検実施	①:2019年7月 ②:2020年6月 ③:2019年9月

2018.2.4 確認	CLR 電子血圧計	テルモ株式会社	ES-H56		H30年5月21日購入	2019年5月
	CLR ハルスオキシメータ	村中医器株式会社	SB200		H30年11月6日購入 電池交換しても電圧が入らないため2018年10月15日メンテナンスに出した 保証期間内につき無償にて対応していただきました。	2019年10月

中放射線器、検査時、就業時に異常がないことを確認(チェック形式の点検記録あり)。異常を認められた際はメーカーメンテナンスを依頼。

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況
2019.6.5 確認	一般X線撮影	Canon	KXO-80SS	スポット点検
		Canon	KXO-80SS	スポット点検
		Canon	KXO-80SS	スポット点検
		PHILIPS	DiatelDianost	CD or DVD
		PHILIPS	DiatelDianost	CD or DVD
		FUJIFILM	CA160	スポット点検

2018年1月4日「夏までメディカルシステムズ株式会社」社名変更

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector	ソフトウェアバージョン	電子媒体への	
2018.6.10 確認	CT	Siemens	Definition Flash	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年	Yes	svmsw V488A SP9(2018.7.19~)	コニックス virtua
		Canon	Auilion ONE	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V8.3 SP0004J(2018.08~)	コニックス virtua
		GE	Discovery CT750 HD	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	11MW4411(2012/11/7~)	コニックス virtua
		Canon	Aquilion Precision	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V8.50 SP0002(2018.8.4~)	コニックス virtua
		Canon	TSX-101A/QK	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V3.38JR005	コニックス virtua
		Canon	TSX-101A/NA	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V4.7JR007	コニックス virtua
2019.5.24 確認	MRI	Siemens	MAGNETOM Verio	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	第1IMR(3T)より後継	Magnetic Field Strength
		Siemens	MAGNETOM Spera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	svmsw MR B11(2014.08.02~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Prisma	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	svmsw MR E11C(2017.12.11~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Aera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	新規 svmsw MR E11C(2017.2.28~)	3 Tesla
2018.6.12 確認	Scintigraphy	GE	Discovery NMCT 670	CD or DVD	メンテナンス記録あり、3回/年	Yes	ソフトウェアバージョン	
		SIEMENS	Symbia T16	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年	Yes	Xelena V3.1(2016.2/2~) VA60A	

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況
2019.6.5 確認	骨密度量	HOLOGIC	HorizonA	CD or DVD スポット点検、1回/年

備考	Modality (画像手段)	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン	
2018.10.30 確認	心電計		ECG-9522	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年6月12日に実施)	2019年6月	
			ECG-9422	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年6月12日に実施)	2019年6月	
			ECG-1550	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年6月11日に実施)	2019年6月	
			ECG-2550(4台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年6月11日に実施)	2019年6月	
2019.2.4 確認	脳波計 3台	日米光電 株式会社	EEG-1218 ルネサン	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年3月15日に実施)	2019年3月	
			EEG-1214 試験用	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年3月15日に実施)	2019年3月	
			EEG-1214 往診用			2019年3月	
2018.10.30 確認	脳電計		Neuropack MEB-2208	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年6月7日実施)	2019年6月	
			Neuropack MEB-2306	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年6月7日実施)	2019年6月	
2018.6.5 確認	肺機能検査器	チェスト株式会社	CHESTAC-9800DN	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年8月4日に実施)	2019年6月	
2019.2.4 確認	心エコー機器	キヤンダメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年12月	
			SSA-790A	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年9月	
			フルップス エレクロニクス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年2月2日実施)	2019年2月
			GEヘルスカア	vivid E9	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年2月
			GEヘルスカア	vivid 7 dimension	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年11月27日実施)	2019年11月
			キヤンダメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月4日実施)	2019年9月
			フルップス エレクロニクス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年2月2日実施)	2019年2月
			日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年9月
			日立アロカ	prosound α 10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年9月
			キヤンダメディカル システムズ	SSA-790A(7番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年9月
2019.2.15 確認	温度計	Fisher Scientific	キヤンダメディカル システムズ	SSA-790A(8番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施)	2019年9月
			日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月19日実施)	2019年9月
			日立アロカ	prosound α 10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月11日実施)	2019年9月
			ECHOSENS	FibroScan 502 touch	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月11日実施) フロー校正(2018年11月27日実施) フロー校正は半年毎	2019年11月
2018.7.24 確認	遠心機	久保田製作所	冷凍庫用アラーム温度計 Plus (Model Number:06-664-269)		保障期間:2018/4/9~2020/4/9	2020年2月	
			冷凍庫用高精度白金温度計 (Model Number:15-081-108)		保障期間:2018/4/9~2020/4/9	2020年2月	
			4000		保障期間:2018/5/4~2020/5/4	2020年2月	
2800		1回/年 メーカーメンテナンスを実施 (2018年4月購入)	2019年4月	日常点検記録、取扱説明書、手帳書あり →2018年4月購入の4000に合わせて2800をメンテ			
2800		1回/年 メーカーメンテナンスを実施 (2018年6月28日実施)	2019年4月				
2800		1回/年 メーカーメンテナンスを実施 (2018年8月28日実施)	2019年4月				