


# 修理報告書

(お客様用)

受付日	2019年07月24日	受付No	24975733		
修理完了日	2019年08月07日				
病院様名	岡山大学病院 様				
住所	岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1	(TEL086-223-7151)			
販売店舗名	株式会社 カワニシ 岡山支店 様				
住所	岡山県岡山市北区今1-4-31	(TEL086-241-1112)			
修理 承り 内容	注文コードA	502-030-07	注文コードB		
	品番	SB220	製造販売業者		
	品名	MMI ハールスオシメータ フィンガー、有機液晶カラーディスプレイ			
	数量	1台	シリアルNo	SB1007-02209	
	付属品	取説、添付文書、使用上の注意、ストラップ、根元、電池×2、保護スポンジ、化粧箱			
	ご依頼内容	定期点検をお願いします			
修理 内容	現象	定期点検依頼			
	原因				
	対策・結果	シュミレーターによる精度確認 修理後、点検の結果、異常ありませんでした。			
出張 費	出張費基本料			0	
	交通費			0	
	宿泊費			0	
使用部品名		品番	数量	標準単価	標準価格計
部品代合計				0	
技術費合計		(0.25時間 × @10,000)		2,500	
修理代合計(標準価格)				2,500	
<b>村中医療器株式会社</b> (総合センター) 大阪府和泉市あゆみ野2丁目8-2			技術者	責任技術者確認	
			南條 征也		

※上記金額に消費税は含まれておりません。