

2019/11/15時点の画像診断機器 校正、メンテナンス状況

備考	機械の種類	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス	
2019.11.15 確認	自動電子血圧計	オムロン株式会社	デジタル自動血圧計 ファジィ:HEM-7230 デジタル自動血圧計:HEM-6022		①HEM-7230:2014.5購入 2019.6.21点検実施	②HEM-6022:H2011.2.3購入(2台あり) 1:2019.8.21点検実施 2:2019.7.22点検実施	①:2020年6月 ②-1:2020年6月 ②-2:2020年7月
		テルモ株式会社	テルモ電子血圧計 ES-H56(①) ES-500ZZ(②) ESW500ZZ(③)		①2019年9月37日新規購入 ②2019年10月25日新規購入	③ES-P3000破損したためESW500ZZ無償提供 →2015.7.22~使用開始 2019.10.17点検実施	①:2020年9月 ②:2020年10月 ③:2019年10月
2019.3.5 確認	電子体温計	テルモ株式会社	テルモ電子体温計C205		点検はコールセンターへ連絡 (テルモ:コールセンター:0120-12-8195)	2019.2.20点検実施	2020年2月(3本とも) メンテナンス出さず2019年 末頃購入予定 (体温年数が経過するため)
2019.10.31 確認	全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー アンド・デイ	型番: AD-6228A 2011年11月購入 型番:AD-6228AP 2016年2月三期病院より (2014年9月3日三期納品)		体重:1回/2年、院内にて行われる「岡山県計量協会」の定期点検(計量法に基づく点検)を受け、証明 シール貼付してもらうことで確認。(身長計は「計量法」の対象外) 2019年7月23日:2台の体重計のみ点検実施 2018年12月5日:標準棒使用し身長計点検実施	身長:2019年12月 体重:2021年7月	
2019.8.21 確認	体重計	株式会社タニタ	体脂肪計インナースキャン ①BC-569 ②BC-300		①2012年10月9日購入 ①、②:2019.7.23点検実施	2021年7月	
2019.10.31 確認	パルスオキシメ ータ	村中医療器株式会 社	SB220(①、③) FS200(②)		①2010年10月25日購入 2019.7.24点検実施	②2019年6月21日新規購入 ③2017年9月14日購入 2019.9.26点検実施	①2020年7月 ②2020年6月 ③2020年9月

2019.10.31 確認	CLR 電子血圧計	テルモ株式会社	ES-H56		H30年5月21日購入	2019年5月
2018.2.4 確認	CLR パルスオキシメ ータ	中村医療器株式会 社	SB200		H30年11月6日購入 電池交換しても電源が入らないため2018年10月15日メンテナンスに出した 保証期間内につき無償にて対応して下さった	2019年10月
2019.10.7 確認	CLR 全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー アンド・デイ	型番:AD-6228AP		2019年10月4日:標準棒使用し身長計点検実施 2019年9月24日:体重計点検実施	身長:2020年9月 体重:2021年9月
2019.4.24 確認	CLR 心電図	日本光電 株式会社	ECG-4250		1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年4月

中放部機器:始業時、就業時に異常がないことを確認(チェック形式の点検記録あり)。異常を認められた際にはメーカーメンテナンスを依頼。

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2019.6.5 確認	一般X線撮影	Canon	KXO-80SS	スポット点検	
		Canon	KXO-80SS	スポット点検	
		Canon	KXO-80SS	スポット点検	
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	スポット点検
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	スポット点検
		FUJIFILM	CALNEO	CD or DVD	スポット点検

2018年1月4日、『東芝メディカルシステムズ株式会社』→『キヤノンメディカルシステムズ株式会社』社名変更

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector	ソフトウェアバージョン	電子媒体への		
2019.6.10 確認	CT	Siemens	Definition Flash	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年	37CTより移設	Yes	syngo VA48A SP5(2018.7.19~)	コードニックス virtua
		Canon	Aquilion ONE	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	36CTより移設	Yes	V8.3 SP0004J(2018.08~)	コードニックス virtua
		GE	Discovery CT750 HD	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	39CTより移設	Yes	11MW44.11(2012/11/7~)	コードニックス virtua
		Canon	Aquilion Precision	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	新規	Yes	V8.80 SP0002(2018.8.4~)	コードニックス virtua
		Canon	TSX-101A/GK	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V3.38JR005	コードニックス virtua
		Canon	TSX-101A/NA	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V4.77JR007	コードニックス virtua

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector	ソフトウェアバージョン	Magnetic Field Strength		
2019.5.24 確認	MRI	Siemens	MAGNETOM Vario	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	第1MRI(3T)より移設	Yes	syngo MR B19(2014.08.02~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Skyra	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	第2MRIより移設	Yes	syngo MR E11C(2017.12.17~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Prisma	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	新規	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Aera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	新規	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン	
2019.6.12 確認	Scintigraphy	GE	Discovery NM/CT 670	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年	Xeleris V.3.1(2016/2/2~)
		SIEMENS	Symbia T16	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年	VA60A

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2019.6.5 確認	骨塩定量	HOLOGIC	HorizonA	CD or DVD	メンテナンス状況 スポット点検、1回/年

備考	Modality (撮像手段)	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン		
2019.8.21 確認	心電計	日本光電 株式会社	ECG-2550 (6台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年6月		
2019.8.21 確認	脳波計		EEG-1218 (3台)	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年3月		
	脳波計		EEG-1214 (2台) 往診用	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年4月		
2019.8.21 確認	筋電計		Neuropack MEB-2306 (2台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年6月		
2019.10.7 確認	肺機能機器	チェスト株式会社	CHESTAC-9800F	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年8月		
		チェスト株式会社	CHESTAC-8900DN	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年8月		
2019.2.4 確認	心エコー機器	キヤノンメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年12月7日実施。)	2019年12月		
		キヤノンメディカル システムズ	SSA-790A	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年9月10日実施。)	2019年9月		
		フィリップス エレクトロニクス	IE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年2月2日実施。)	2019年2月		
		GEヘルスケア	vivid E9	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年2月8日実施。)	2019年2月		
		GEヘルスケア	vivid 7 dimension	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年11月27日実施。)	2019年11月		
		キヤノンメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年6月4日実施。)	2019年6月		
		フィリップス エレクトロニクス	IE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年2月2日実施。)	2019年2月		
		日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年9月10日実施。)	2019年9月		
		日立アロカ	prosound α 10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年9月12日実施。)	2019年9月		
		キヤノンメディカル システムズ	SSA-790A(7番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年9月10日実施。)	2019年9月		
		キヤノンメディカル システムズ	SSA-790A(8番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年3月8日実施。)	2019年3月		
		日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年9月19日実施。)	2019年9月		
日立アロカ	prosound α 10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 (2018年9月11日実施。)	2019年9月				
2019.10.7 確認	インテグラル	FibroScan 530 touch	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年7月			
		2019.2.15 確認	温度計	Fisher Scientific	冷凍庫用アラーム温度計 Plus (Model Number:06-664-269)	保障期間:2018/4/9~2020/4/9	2020年2月	冷凍庫S
				冷凍庫用高精度白金温度計 (Model Number:15-081-108)	保障期間:2018/4/9~2020/4/9	2020年2月	冷凍庫F	
2019.7.30 確認	遠心機	久保田製作所	4000 2800 (2台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年 メーカーメンテナンスを実施 1回/年 メーカーメンテナンスを実施	2020年6月 2020年6月	日常点検記録、取扱説明書、手順書あり	