



電子血圧計 作業報告書

点検修理ID	SC0033942	受付日	2019/10/17	拠点名	ヘルスケア首都圏	伝票NO	47173418-01
--------	-----------	-----	------------	-----	----------	------	-------------

お客様	岡山大学病院 様						
販売店名							
代理店名	㈱カワニシ 岡山支店 藤原佳祐 様	086-241-1112	700-0975	岡山県岡山市北区今1-4-31			
機器情報	製品コード	製造番号	購入日	保証書	区分		
	ES-W500ZZ	88888 1001-12	不明	有	有償		

二指摘内容
定期点検

お預かりした付属品			
本体	<input type="radio"/>	電池蓋	<input type="radio"/>
取説	<input type="radio"/>	化粧箱	<input type="radio"/>
保証書	<input type="radio"/>	収納ケース	-
添付文書	<input type="radio"/>	収納袋	<input type="radio"/>
腕帯	<input type="radio"/>	腕置き台	-
ACアダプタ	<input type="radio"/>	その他:ビニール袋(3枚)	
電池/バッテリー	<input type="radio"/>		

点検結果		
	受付時	返却時
本体部	OK	OK
腕帯	OK	OK
ACアダプタ/充電器	OK	OK
本体動作	OK	OK
音声ガイドボタン	-	-
アラーム作動	-	-
メモリー消去	OK	OK
データ記憶	OK	OK
圧力精度	OK	OK
表示動作	OK	OK

返却日	担当	責任者
2019/10/24		

お客様へのご連絡

点検の結果、本体動作・圧力精度ともに異常ございませんでした。付属頂きました電池につきましては、新品のアルカリ電池に交換致しました。今後ともご愛顧の程、よろしくお願い致します。

お名前	
送付先	㈱カワニシ 岡山支店 藤原佳祐 様

上記お預かりしました製品の作業が完了致しましたのでご返却させていただきます。
今後ともテルモ電子血圧計のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

※お客様の個人情報は本件の目的以外に使用いたしません。

〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500
テルモ株式会社 サービスセンター

お問合せは、フリーダイヤル 0120-008-178 テルモ・コールセンターにご連絡下さい。
(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

作 業 報 告 書

No. _____
 作成日 2019/11/7

納入先	
岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">TEL 086-223-7151</div>	

事業所：(株)カワニシ 岡山支店			
住 所：〒700-8528 岡山市北区今1丁目4番31号			
TEL： 086-241-1112			
FAX： 086-241-5943			

メーカー名	テルモ	製品名	ES-W500ZZ		
Product番号		製造番号	88888 1001-12		
System番号		製造番号			
修理開始	2019年 10月 17日 時	DATE	Labor	Travel	NAME
修理完了	2019年 10月 24日 時				
作業実施者					

交 換 部 品 明 細					
部品番号	品名	数	旧製造番号	新製造番号	価格

[故障状況]					
[処置]	点検の結果、本体動作・圧力制度ともに異常ございませんでした。付属いただきました電池につきましては、新品のアルカリ電池に交換いたしました。			請求先	<input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 社内
				基本修理費	
				追加作業費	
				追加出張費	
				部品代	
				消費税	
				ご請求金額	
[備考]					お客様ご署名