

検 査 成 績 書

証明書番号：TET19CW-1056

品名(コード) : テルモ電子体温計C205
 製造番号 : 17-B28Aロット(1)
 17-B28Aロット(3)
 17-B28Aロット(4)
 17-B28Aロット(6)
 17-B28Aロット(7)
 数量 : 5本
 検査結果 : 下記の通り(検査実施日：2019年12月03日)
 この機器が正常に作動することを証明します。

検査結果

検査項目			検査基準内容	判定
外観検査	1	製品ロット No.	体温計本体に指定の捺印がされている事。	合格
	2	外観部品取付	部品のガタツキ等がない事。	合格
機能検査	1	電源投入動作検査	収納ケースより取り出した時、基準動作をする事。	合格
	2	温度精度検査	32.5/37.0/41.5℃の基準温度に対し±0.1℃である事。	合格
	3	ブザー検査	ブザーが規定回数鳴る事。	合格
	4	オートスタート検査	温槽に浸漬し測定がスタートする事。	合格
	5	表示保持検査	検温終了後、表示が持続されている事。	合格
	6	表示検査	液晶表示部にセグメント欠け等がない事。	合格
	7	動作検査	エラー(E)表示およびオーバー(O)表示になる事。	合格
	8	予測確認モード	予測温と実施温の表示が交互に切り替わる事。	合格

2019年12月04日

テルモ株式会社MEセンター 信頼性保証室
 静岡県駿東郡長泉町下長窪 1002-1

作成者	承認者
	