

2020/2/18時点の画像診断機器 校正、メンテナンス状況

備考	機械の種類	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス
2019.11.15 確認	自動電子血圧計	オムロン株式会社	デジタル自動血圧計 フジイ、HEM-7230 デジタル自動血圧計:HEM-8022	/	①HEM-7230:2014、5購入 2019.6.21点検実施 ②HEM-8022:H2011.2.3購入(2台あり) 1:2019.6.21点検実施 2:2019.7.22点検実施	①:2020年6月 ②-1:2020年6月 ②-2:2020年7月
		テルモ株式会社	テルモ電子血圧計 ES-H56(①) ES-500ZZ(②) ESW500ZZ(③)	/	①2019年9月37日新規購入 ②2019年10月25日新規購入 ③ES-P3000稼働したためESW500ZZ無償提供 →2019.7.22～使用開始 2019.10.13点検実施	①:2020年9月 ②:2020年10月 ③:2020年10月
2020.2.10 確認	電子体温計	テルモ株式会社	テルモ電子体温計C205	/	店舗はコールセンターへ連絡 (〒160-8501 東京都千代田区千代田1-10-13) 2020年2月(3本)新規購入	2021年2月(3本)
2019.12.3 確認	全自動 身長体重計	製造:リノラ 販売:株式会社エー アンド・ティ	型番: AD-6228A 2011年1月購入 型番:AD-6228AP 2016年2月三期納品より (2014年9月3日三期納品)	/	体重:1回/2年、腕内にて行われる「岡山県計量協会」の定期検閲(計量法に基づく点検)を受け、証明シ ルが貼付してもらうと確認。(身長計は計量法の対象外) 2019年7月23日:2台の体重計のみ点検実施 2019年12月3日:標準秤使用し身長計点検実施	身長:2020年12月 体重:2021年7月
2019.8.21 確認	体重計	株式会社タニタ	体脂肪計インナースキャン ①BC-569 ②BC-300	/	①2012年10月5日購入 ①、②:2019.7.23点検実施	2021年7月
2019.10.31 確認	ハルスオキメータ	村中医療機器株式会社	SB220(①、③) FS300(②)	/	①2010年10月25日購入 2019.7.24点検実施 ②2019年9月21日新規購入 ③2017年9月14日購入 2019.9.29点検実施	①2020年7月 ②2020年6月 ③2020年9月

2019.12.28 確認	CLR 電子血圧計	テルモ株式会社	ES-H56	/	H30年5月21日購入 2019/11/13点検実施	2020年10月
2019.2.4 確認	CLR ハルスオキメータ	村中医療機器株式会社	SB200	/	H30年11月6日購入 電池交換しても電圧が入らなため2018年10月15日メンテナンスに出した 保証期間内につき無償にて対応して頂けた	2019年10月
2019.10.7 確認	CLR 全自動 身長体重計	製造:リノラ 販売:株式会社エー アンド・ティ	型番:AD-6228AP	/	2019年10月4日:標準秤使用し身長計点検実施 2019年9月24日:体重計点検実施	身長:2020年9月 体重:2021年9月
2019.4.24 確認	CLR 心電図	日本赤電 株式会社	ECG-4250	/	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	2020年4月
2019.12.28 確認	体温計	テルモ株式会社	電子体温計C205 5本	/	2019年12月3日点検実施	2020年11月

中放射線量、始業時、就業時に異常がないことを確認(チェック形式の点検記録あり)。異常を認めた際にはメーカーメンテナンスを依頼。

備考	Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector	ソフトウェアバージョン	備考
2019.6.5 確認	一般X線撮影	Canon	KXO-80SS	CD or DVD	スポット点検			患者様への
		Canon	KXO-80SS	CD or DVD	スポット点検			コニックス virtua
		Canon	KXO-80SS	CD or DVD	スポット点検			コニックス virtua
		PHILIPS	DiatalDiamond	CD or DVD	スポット点検			コニックス virtua
		PHILIPS	DiatalDiamond	CD or DVD	スポット点検			コニックス virtua
		FLUJ	FLUJ	CD or DVD	スポット点検			コニックス virtua
		2018年1月4日、「東芝メディカルシステムズ株式会社」→「キヤノンメディカルシステムズ株式会社」社名変更						
2019.6.10 確認	CT	Siemens	Definition Flash	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年 37CTより移設	Yes	syngo VA18A SPS(2018.7.19~)	コニックス virtua
		Canon	Auilion ONE	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年 36CTより移設	Yes	V8.3 SP0004J(2018.08~)	コニックス virtua
		GE	Discovery CT1750 HD	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年 39CTより移設	Yes	11MW4.11(2012.11.7~)	コニックス virtua
		Canon	Auilion Precision	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年 新機	Yes	V8.80 SP002(2018.8.4~)	コニックス virtua
		Canon	TSX-101A/GK	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V3.38JRM05	コニックス virtua
		Canon	TSX-101A/NA	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V4.71JRM07	コニックス virtua
2019.5.24 確認	MRI	Siemens	MAGNETOM Verio	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	ソフトウェアバージョン	Magnetic Field Strength
		Siemens	MAGNETOM Spera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR B18 (2014.08.02~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Prisma	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	新機	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Aera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla
					新機	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla
					新機	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla
2019.6.12 確認	Modality Scintigraphy	GE	Discovery NM/CT 670	CD or DVD	メンテナンス契約あり、2回/年		ソフトウェアバージョン	
		SIEMENS	Symbia T16	CD or DVD	メンテナンス契約あり、2回/年		Xeleris V3.1(2016/2/2~)	V60A
2019.6.5 確認	Modality 骨塩定量	Hologic	HorizonA	CD or DVD	メンテナンス状況 スポット点検、1回/年			

備考	Modality (画像手段)	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン	
2019.8.21 確認	心電計		EGG-2550 (6台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	Ver. 10-01	
2019.8.21 確認	脳波計	日本赤電 株式会社	EEG-1218 (3台)	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	Ver. 07-03	
2019.8.21 確認	脳波計		EEG-1214 (2台)	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	Ver. 07-03	
2019.8.21 確認	脳波計		Neuropack MEB-2306 (2台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	Ver. 07-03	
2019.10.7 確認	肺機能機器	チェスト株式会社	CHESTAC-9800F	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	Ver. 6.19.02	
		チェスト株式会社	CHESTAC-8900DN	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。	Ver. 6.19.02	
2019.2.4 確認	心エコー機器	キャンメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年12月7日実施。)	Ver. 3.00R107	
		キャンメディカル システムズ	SSA-790A	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施。)	Ver. 2.0 R231	
		フリットプス エレクトロニクス	IE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年2月2日実施。)	Ver. 6.3.3.343	
		GEヘルスケア	vivid E9	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年2月8日実施。)	Ver. BT13/113.1.3	
		GEヘルスケア	vivid 7 dimension	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年11月27日実施。)	Ver. BP06 7.2.0	
		キャンメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月4日実施。)	Ver. 3.00R107	
		フリットプス エレクトロニクス	IE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年2月2日実施。)	Ver. 6.3.6.343	
		日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施。)	Ver. 3.1.1	
		日立アロカ	prosound α 10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月12日実施。)	Ver. 7.0.4	
		キャンメディカル システムズ	SSA-790A(7番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月10日実施。)	Ver. 5.21 R860	
2019.2.4 確認	腹部エコー機器	キャンメディカル システムズ	SSA-790A(8番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年3月8日実施。)	Ver. 5.21 R860	
		日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月19日実施。)	Ver. 3.1.1	
		日立アロカ	prosound α 10	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。 (2018年9月11日実施。)	Ver. 8.0.0	
		インテグラル	FibroScan 530 touch	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施、記録あり。		
2019.12.12 確認	温度計	Fisher Scientific	冷凍庫用アラーム温度計 Plus (Model Number: 06-984-260) 冷凍庫用高精度日常温度計 (Model Number: 15-081-100)	/	保障期間:2018/4/9~2020/4/9 保障期間:2019/8/22~2021/8/21 保障期間:2018/5/4~2020/5/4	冷凍庫5 冷凍庫F 深凍冷凍庫	
2020.1.30 確認	遠心機	久保田製作所	4000 2800 (2台)	/	1回/年 メーカーメンテナンスを実施 2020/1/30点検実施 1回/年 メーカーメンテナンスを実施 2020/1/30点検実施	2021年1月 2021年1月	日常点検記録、取扱説明書、手順書あり