

2020/4/13時点の画像診断機器 校正、メンテナンス状況

備考	機械の種類	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス	
2019.11.15 確認	自動電子血圧計	オムロン株式会社	デジタル自動血圧計 ファシ:HEM-7230 デジタル自動血圧計:HEM-6022		①HEM-7230:2014.5購入 2019.6.21点検実施	②HEM-6022:H2011.2.3購入(2台あり) 1:2019.6.21点検実施 2:2019.7.22点検実施	①:2020年6月 ②-1:2020年6月 ②-2:2020年7月
		テルモ株式会社	テルモ電子血圧計 ES-H56(①) ES-500ZZ(②) ESW500ZZ(③)		①2019年9月37日新規購入 ②2019年10月25日新規購入	③ES-P3000破損したためESW500ZZ無償提供 →2015.7.22~使用開始 2019.10.17点検実施	①:2020年9月 ②:2020年10月 ③:2020年10月
2020.2.10 確認	電子体温計	テルモ株式会社	テルモ電子体温計C205		点検はコールセンターへ連絡 (テルモ・コールセンター:0120-12-8195 )	2020年2月(3本)新規購入	2021年2月(3本)
2019.12.3 確認	全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー アンド・デイ	型番: AD-6228A 2011年11月購入 型番:AD-6228AP 2016年2月三朝病院より (2014年9月3日三朝納品)		体重:1回/2年、院内にて行われる「岡山県計量協会」の定期点検(計量法に基づく点検)を受け、証明 シール貼付してもらうことで確認。(身長計は「計量法」の対象外) 2019年7月23日:2台の体重計のみ点検実施 2019年12月3日:標準棒使用し身長計点検実施		身長:2020年12月 体重:2021年7月
2019.8.21 確認	体重計	株式会社タニタ	体脂肪計インナースキャン ①BC-569 ②BC-300		①2012年10月5日購入 ①、②:2019.7.23点検実施		2021年7月
2019.10.31 確認	パルスオキシメ ータ	村中医療器株式会 社	SB220(①、③) FS20D(②)		①2010年10月25日購入 2019.7.24点検実施	②2019年6月21日新規購入 ③2017年9月14日購入 2019.9.26点検実施	①2020年7月 ②2020年6月 ③2020年9月

2019.12.28 確認	CLR 電子血圧計	テルモ株式会社	ES-H56		H30年5月21日購入 2019/11/13点検実施	2020年10月
2019.2.28 確認	CLR パルスオキシメ ータ	村中医療器株式会 社	FS20D		2020年2月28日 新規購入	2021年2月
2019.10.7 確認	CLR 全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー アンド・デイ	型番:AD-6228AP		2019年10月4日:標準棒使用し身長計点検実施 2019年9月24日:体重計点検実施	身長:2020年9月 体重:2021年9月
2019.4.24 確認	CLR 心電図	日本光電 株式会社	ECG-4250		1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年4月
2019.12.28 確認	体温計	テルモ株式会社	電子体温計C205 5本		2019年12月3日点検実施	2020年11月

中放部機器:始業時、就業時に異常がないことを確認(チェック形式の点検記録あり)。異常を認めた際にはメーカーメンテナンスを依頼。

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2019.6.5 確認	一般X線撮影	Canon	KXO-80SS	スポット点検	
		Canon	KXO-80SS	スポット点検	
		Canon	KXO-80SS	スポット点検	
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	スポット点検
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	スポット点検
		FUJIFILM	CALNEO	CD or DVD	スポット点検

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector	ソフトウェアバージョン	電子媒体への	
2019.6.10 確認	CT	Siemens	Definition Flash	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年	Yes	syngo VA48A SP5(2018.7.19~)	コドニックス virtua
		Canon	Aquilion ONE	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V8.3 SP0004J(2018.08~)	コドニックス virtua
		GE	Discovery CT750 HD	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	11MW44.11(2012/11/7~)	コドニックス virtua
		Canon	Aquilion Precision	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V8.80 SP0002(2018.8.4~)	コドニックス virtua
		Canon	TSX-101A/GK	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V3.38JR005	コドニックス virtua
		Canon	TSX-101A/NA	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V4.77JR007	コドニックス virtua

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector	ソフトウェアバージョン	Magnetic Field Strength	
2019.5.24 確認	MRI	Siemens	MAGNETOM Verio	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR B19(2014.08.02~)	3Tesla
		Siemens	MAGNETOM Skyra	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11C(2017.12.17~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Prisma	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Aera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン	
2019.6.12 確認	Scintigraphy	GE	Discovery NM/CT 670	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年	Xeleris V.3.1(2016/2/2~)
		SIEMENS	Symbia T16	CD or DVD	メンテナンス記録あり、2回/年	VA60A

Modality	Manufacture	Model	Transfer Media Type	メンテナンス状況	
2019.6.5 確認	骨塩定量	HOLOGIC	HorizonA	CD or DVD	メンテナンス状況 スポット点検、1回/年

備考	Modality (撮像手段)	Manufacture (メーカー名)	Model (モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン	
2019.8.21 確認	心電計	日本光電 株式会社	ECG-2550 (6台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年6月	
2019.8.21 確認	脳波計		EEG-1218 (3台) ルーチン	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年3月	
2019.8.21 確認	脳波計		EEG-1214 (2台) 往診用		1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年4月	
2019.8.21 確認	筋電計		Neuropack MEB-2306 (2台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年6月	
2019.10.7 確認	肺機能機器	チェスト株式会社	CHESTAC-9800F	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年8月	
		チェスト株式会社	CHESTAC-8900DN	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年8月	
2020.3.31 確認	心エコー機器	キャンメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年12月	
		フリップス エレクトロニクス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年2月	
		GEヘルスケア	vivid E9	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年2月	
		GEヘルスケア	vivid 7 dimension	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年11月	
		キャンメディカル システムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年6月	
		フリップス エレクトロニクス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年2月	
	腹部エコー機器	日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2019年12月まで使用	Ver. 3.1.1
		キャンメディカル システムズ	SSA-790A(7番→10番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年9月	Ver. 5.21 R860
		キャンメディカル システムズ	SSA-790A(8番→7番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年3月	Ver. 5.21 R860
		日立アロカ	prosound F75(8番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年9月	Ver. 3.1.1
インテグラル	FibroScan 530 touch	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。プローブ校正も1回実施。	2020年8月			
2020.4.10 確認	温度計	Fisher Scientific	冷凍庫用アラーム温度計 Plus (Model Number:06-664-269)		保障期間:2019/12/11~2021/12/11	2021年12月	冷凍庫F
			冷凍庫用高精度白金温度計 (Model Number:15-081-108)		保障期間:2019/8/22~2021/8/21	2021年8月	冷蔵庫5
					保障期間:2018/5/4~2020/5/4	2020年5月	深凍冷凍庫
2020.1.30 確認	遠心機	久保田製作所	4000		1回/年 メーカーメンテナンスを実施 2020/1/30点検実施	2021年1月	日常点検記録、取扱説明書、手順書あり
			2800 (2台)		1回/年 メーカーメンテナンスを実施 2020/1/30点検実施	2021年1月	