

作業報告書

2020年1月23日

国立大学法人岡山大学病院

御中

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	MAGNETOM Skyra	作業番号	728200872164
装置シリアル番号	45292	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108275	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR05	契約区分	契約内
		報告者	杵川 博哉

サービス・作業内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

定期点検 年4回 第2回 (安全点検)
尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

【作業内容/推定・特定した原因】

点検手順書の項目に従い安全点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。
【点検特記事項】-以下特記事項記載の対応を実施致しました-
・有資格者によるテラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
・UI:MR027/19/R Recalibration auto-feed function of SEP 999004446030 実施
冷却水自動加圧タンクの動作チェックを行いました。問題ありません。
その他、テーブル上下動時の異音につきましては後日パーツを準備し作業を予定します。
点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2020/01/23	杵川 博哉	71026753	17:45	4.75		4.75	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	弊社確認
<p>松下</p> <p>2020年1月23日</p>	<p>杵川</p> <p>2020年1月23日</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

2019年10月30日

国立大学法人岡山大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Magnetom Skyra	作業番号	728200872163 / 1
シリアル番号	45292	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108275	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR05	契約区分	契約あり
		報告者	多胡 大地

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】 定期点検 第1回 (年4回)</p> <p>LHe : 72.5%, シールド温度 : 50.7K/57.7K/40.9K, 内圧 : 15.51psiA コンプレッサガス圧 : 21-22bar, 水圧(Ret./Sup.) : 1.02bar/4.33bar</p> <p>【作業内容/推定・特定した原因】 点検手順書に従い、定期点検作業を実施致しました。詳細は後日送付の点検報告書をご参照ください。 作業終了後、システムOFF/ON、テストスキャンを実施し装置が正常稼働していることを確認致しました。</p> <p>【特記事項】 ・1次冷却水回路、2次冷却水回路のフィルタを脱着清掃致しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/10/30	多胡 大地	71001511	18:00	6.00	0.00	6.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p>吉 富</p> <p>2019年10月30日</p>	<p>弊社確認</p> <p>多胡</p> <p>多胡 大地</p> <p>2019年10月30日</p>
---	---

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019年7月16日

国立大学法人岡山大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Magnetom Skyra	作業番号	728200872162 / 1
シリアル番号	45292	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108275	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR05	契約区分	契約あり
		報告者	川島 淳

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>定期点検 年4回 第4回 (安全点検)</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検手順書の項目に従い安全点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。</p> <p>【点検特記事項】 -以下特記事項記載の対応を実施致しました-</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。 ・装置煙探知機の動作確認を実際の煙を使用し実施致しました。動作良好です。 ・冷凍機用吸着器(アドゾーバー)の定期交換を実施致しました。交換後、冷凍機の動作良好です。 ・マグネット停止ボタン(ERDU)の動作テストを実施致しました。動作良好です。 <p>※水冷却系の圧力維持タンク(チャンバ)に動作不良の疑いがあるため後日対応を予定致します。念のため、装置は立ち上げたままの状態にさせていただきますようお願い致します。</p> <p>点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/07/16	川島 淳	71000133	18:00	5.75	0.00	5.75	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認

<p>藤 井</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019 年 4 月 22 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Magnëtom Skyra	作業番号	728200872160 / 1
シリアル番号	45292	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108275	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR05	契約区分	契約あり
		報告者	多胡 大地

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>定期点検 第3回 (年4回)</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検手順書に従い、定期点検作業を実施しました。 詳細につきましては後日送付の点検報告書をご参照ください。 作業終了後、システムOFF/ON、テストスキャンを実施し装置が正常稼働していることを確認しました。 LHe : 72.8%, シールド温度 : 48.6K/54.2K/39.5K, 内圧 : 15.50psiA コンプレッサガス圧 : 22-23bar, 水圧(Ret./Sup.) : 1.00bar/4.32bar</p> <p>【特記事項】</p> <p>①1次冷却水回路、2次冷却水回路のフィルタを脱着清掃しました。 ②システム接地抵抗値の測定を行いました。測定結果に問題はございません。 ③UI(MR011/19/R Additional Capacitor in Magnet Stop Button)を実施しました。 詳細につきましては別紙枚川の作業表をご参照ください。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/04/22	多胡 大地	71001511	18:00	5.50	0.00	5.50	

使用部品、諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p>森 光</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387