

2020年1月24日

国立大学法人岡山大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Prisma	作業番号	728200871542 / 5
シリアル番号	166022	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193966	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR06	契約区分	契約あり
		報告者	多田 賢矢

作業・サービス内容

【訪問理由/システム状況・現象等】
定期点検 年4回 第4回 (安全点検)
尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

【作業内容/推定・特定した原因】
点検手順書の項目に従い安全点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。

【点検特記事項】 -以下特記事項記載の対応を実施致しました-

- ・有資格者によるチャラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。
- ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
- ・マグネット停止ボタン(ERDU)の動作テストを実施致しました。動作良好です。
- ・煙感知器が動作不良のため無効化しております。後日、取替修理を予定致します。

点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2020/01/24	多田 賢矢	71002216	21:00	5.00	0.00	5.00	

使用部品・経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p>松下</p>	<p>弊社確認</p> <p>多田</p> <p>多田 賢矢</p> <p>2020年1月24日</p>
-------------------------	------------------------------------------------------

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019年10月3日

国立大学法人岡山大学病院

御中

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	MAGNETOM Prisma	作業番号	728200871541
装置シリアル番号	168022	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193966	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR06	契約区分	契約内
		報告者	大嶋 剛史

サービス・作業内容

【訪問理由/システム状況・現象等】
 定期点検 3回目【予防点検】

本作業後、作業内容についての電話アンケートをいただく事が有ります。その際は、お手数ですがご協力をよろしくお願い致します

【作業内容/推定・特定した原因】
 点検手順書に従い定期点検(予防点検)を実施致しました。以下特記事項記載の対応を実施させて頂きました。尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させて頂きます。

特記事項
 ・フロン排出抑制法に従い、チラー及び除湿器の簡易点検を行いました。
 ・ガントリーの位置決めレーザーラインにぼやけが有るので、後日レーザー持参で検証します。
 ・15ch膝コイルの一部エレメントのS/NがSpecoutしています、後日交換を行います。

作業後の装置の起動及びファントムによるテストスキャンは正常です。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/10/03	大嶋 剛史	71021661	19:00	4.00	0.00	4.00	有償

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させて頂きます。

お客様ご確認	弊社確認
<p>松下</p> <p>2019年10月3日</p>	<p>2019年10月3日</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019 年 7 月 17 日

国立大学法人岡山大学病院

様

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	MAGNETOM Prisma	作業番号	728200871540
装置シリアル番号	166022	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193966	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR06	契約区分	契約内
		報告者	杵川 博哉

サービス・作業内容

訪問理由/システム状況・現象等

定期点検2/4回目（予防点検2/3回目）

作業内容

点検報告書に従い実施しました。システムチューンアップ実施。温湿度測定。受信コイルチェック。バックアップ取得。冷却水加圧実施。現在特に異常なく動作しています。
有資格者にてセラ点検を実施しています。特に問題無く動作しています。
その他、データベース再構築を実施しています。合わせてホストコンピュータのゴーストバックアップを外部ハードディスクに保存しました。
また足首コイルの一部エレメント(FA4番)にて障害が発生しています。コイルを手配し後日交換作業を予定致します。
作業後、システムOFF/ON及びテストスキャン行い動作確認しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/07/17	杵川 博哉	71026753	17:45	8.00		8.00	

使用部品・諸経費

(注) 部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分

お客様ご確認

様

松下 利

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019 年 4 月 24 日

国立大学法人岡山大学病院

様

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	MAGNETOM Prisma	作業番号	728200871539
装置シリアル番号	166022	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193966	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR06	契約区分	契約内
		報告者	杵川 博哉

サービス・作業内容

訪問理由/システム状況・現象等

定期点検1/4回目（予防点検1/3回目）

作業内容

点検報告書に従い実施しました。システムチューンアップ実施。温湿度測定。受信コイルチェック。バックアップ取得。冷却水加圧実施。現在特に異常なく動作しています。
別件、緊急検査の為に起動したAeraが正常に起動しませんでした。Prisma点検後に引き続きAeraにて作業実施いたします。Aeraについては別途Aeraの作業報告書を提出いたします。
作業後、システムOFF/ON及びテストスキャン行い動作確認しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/04/24	杵川 博哉	71026753	17:45	7.00		7.00	

使用部品・諸経費

(注) 部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分

お客様ご確認

様

松下 利

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387