

2020年9月28日時点の画像診断機器 校正、メンテナンス状況

備考	機械の種類	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス	
2020.9.23確認	自動電子血圧計	オムロン株式会社	デジタル自動血圧計ファジィ:HEM-7230 デジタル自動血圧計:HEM-6022		①HEM-7230:2014.5購入 ②HEM-6022:H2011.2.3購入(2台あり)	2020年6月19日点検実施 1:2020年6月19日点検実施 2:2020年7月27日点検実施	①:2021年6月 ②-1:2021年6月 ②-2:2021年7月
		テルモ株式会社	テルモ電子血圧計 ES-H56(①) ES-500ZZ(②) ESW500ZZ(③)		①2019年9月27日新規購入 ②2019年10月25日新規購入 ③ES-P3000破損したためESW500ZZ無償提供 →2015年7月22日～使用開始	2020年9月点検依頼中 2019年10月17日点検実施	①:2021年9月 ②:2020年10月 ③:2020年10月
2020.2.10確認	電子体温計	テルモ株式会社	テルモ電子体温計C205		点検はコールセンターへ連絡 (テルモ・コールセンター:0120-12-8195)	2020年2月(3本)新規購入	2021年2月(3本)
2019.12.3確認	全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー・アンド・ティ	型番:AD-6228A 2011年11月購入 型番:AD-6228AP 2016年2月三朝病院 より(2014年9月3日三朝納品)		体重:1回/2年、院内にて行われる「岡山県計量協会」の定期点 検(計量法に基づく点検)を受け、証明シール貼付してもらうこと で確認。(身長計は「計量法」の対象外) 2019年7月23日:2台の体重計のみ点検実施 2019年12月3日:標準棒使用し身長計点検実施		体重:2021年7月 身長:2020年12月
2019.8.21確認	体重計	株式会社タニタ	体脂肪計インナースキャン ①BC-569 ②BC-300		①2012年10月5日購入 ①、②:2019年7月23日点検実施		2021年7月
2020.9.23確認	パルスオキシメータ	村中医療器株式会社	59-130(①) FS20D(②) SB220(③)		①SB220機器不備のため無償交換(2020年7月3日) ②2019年6月21日新規購入 ③2017年9月14日購入	2020年6月25日点検実施 2020年9月23日点検依頼中	①2021年7月 ②2021年6月 ③2020年9月
2019.12.28確認	CLR 電子血圧計	テルモ株式会社	ES-H56		2018年5月21日購入	2019年11月13日点検実施	2020年10月
2020.2.28確認	CLR パルスオキシメータ フィンガータイプ	村中医療器株式会社	FS20D		2020年2月28日 新規購入		2021年2月
2020.9.18確認	CLR 全自動 身長体重計	製造:リトラ 販売:株式会社エー・アンド・ティ	型番:AD-6228AP		2020年9月18日:標準棒使用し身長計点検実施 2019年9月24日:体重計点検実施		身長:2021年9月 体重:2021年9月
2019.4.24確認	CLR 心電図	日本光電 株式会社	ECG-4250		1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。		2020年4月
2019.12.28確認	体温計	テルモ株式会社	電子体温計C205 5本		2019年12月3日点検実施		2020年11月

中放部機器:始業時、就業時に異常がないことを確認(チェック形式の点検記録あり)。異常を認めた際にはメーカーメンテナンスを依頼。

備考	Modality(撮像手段)	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況
2020.5.12確認	一般X線撮影	Canon	KXO-80SS		スポット点検
		Canon	KXO-80SS		スポット点検
		Canon	KXO-80SS		スポット点検
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	スポット点検
		PHILIPS	DigitalDiagnost	CD or DVD	スポット点検
		FUJI	CALNEO	CD or DVD	スポット点検

2018年1月4日、『東芝メディカルシステムズ株式会社』 → 『キヤノンメディカルシステムズ株式会社』 社名変更

備考	Modality(撮像手段)	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector (造影剤自動注入器)	ソフトウェアバージョン	電子媒体への画像出力機器
2020.4.16確認	CT	Siemens	Definition Flash	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年	Yes	syngo VA48A SP5(2018.7.19~)	コドニックス virtua
		Canon	Aquilion ONE	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V8.9 SP0005J(2020.1~)	コドニックス virtua
		GE	Discovery CT750 HD	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V17BW50.7B SP1-3-1(2018.10.15~)	コドニックス virtua
		Canon	Aquilion Precision	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、3回/年	Yes	V8.80 SP0009J(2020.4~)	コドニックス virtua
		Canon	TSX-101A/GK	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V3.38JR005	コドニックス virtua
		Canon	TSX-101A/NA	CD or DVD	スポット点検、記録あり、3回/年	Yes	V4.77JR007	コドニックス virtua

備考	Modality(撮像手段)	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	Power Injector (造影剤自動注入器)	ソフトウェアバージョン	Magnetic Field Strength(磁場強度)
2020.4.16確認	MRI	Siemens	MAGNETOM Verio	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR B19B(2019.05.07~)	3Tesla
		Siemens	MAGNETOM Skyra	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11E(2020.02.23~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Prisma	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	3 Tesla
		Siemens	MAGNETOM Aera	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、4回/年	Yes	syngo MR E11C(2017.2.28~)	1.5 Tesla

備考	Modality(撮像手段)	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	ソフトウェアバージョン
2020.5.12確認	Scintigraphy	GE	Discovery NM/CT 670 Pro	CD or DVD	メンテナンス状況 スポット点検、記録あり、2回/年	ソフトウェアバージョン Xeleris V.3.1(2016/2/2~)
		SIEMENS	Symbia T16	CD or DVD	メンテナンス契約、記録あり、2回/年	Syngo MI VA60A

備考	Modality(撮像手段)	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況
2020.5.12確認	骨塩定量	HOLOGIC	HorizonA	CD or DVD	スポット点検、1回/年

備考	Modality(撮像手段)	Manufacture(メーカー名)	Model(モデル)	Transfer Media Type	メンテナンス状況	次回メンテナンス	ソフトウェアバージョン
2020.9.28確認	心電計	日本光電株式会社	ECG-2550 (6台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年6月	Ver. 10-01
			ECG-1550 (1台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年3月	Ver. 13-04
2020.9.28確認	脳波計		EEG-1218 (3台) ルーチン	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年3月	Ver. 07-03
			EEG-1214 (2台) 往診用	紙(専用端末から印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年3月	Ver. 07-03
2020.9.28確認	筋電計		Neuropack MEB-2306 (2台)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年6月	Ver. 07-03
2020.9.28確認	肺機能機器	チェスト株式会社	CHESTAC-9800F CHESTAC-8900DN	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。 1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年8月 2021年8月	Ver. 6.19.02 Ver. 6.19.02
2020.3.31確認	心エコー機器	キヤノンメディカルシステムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年12月	Ver. 3.00R107
		フィリップス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年2月	Ver. 6.3.3.343
		GEヘルスケア	vivid E9	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年2月	Ver. BT13/113.1.3
		GEヘルスケア	vivid 7 dimension	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年11月	Ver. BP08 7.2.0
		キヤノンメディカルシステムズ	SSH-880CV	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年6月	Ver. 3.00R107
		フィリップス	iE33	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年2月	Ver. 6.3.6.343
		日立アロカ	prosound F75	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2019年12月まで使用	Ver. 3.1.1
	腹部エコー機器	キヤノンメディカルシステムズ	SSA-790A(7番→10番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年9月	Ver. 5.21 R860
		キヤノンメディカルシステムズ	SSA-790A(8番→7番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2021年3月	Ver. 5.21 R860
		日立アロカ	prosound F75(8番)	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。	2020年9月	Ver. 3.1.1
		インテグラル	FibroScan 530 touch	紙(電子カルテから印刷)	1回/年、メーカーメンテナンスを実施。記録あり。プローブ校正も年1回実施。	2020年8月	

備考	温度計	Fisher Scientific	冷凍庫用アラーム温度計 Plus (Model Number:06-664-269)	保障期間:2019年12月11日~2021年12月11日	2021年12月	冷凍庫F
2020.4.24確認			冷凍庫用高精度白金温度計 (Model Number:15-081-108)	保障期間:2019年8月22日~2021年8月21日	2021年8月	冷蔵庫5
			冷凍庫用高精度白金温度計 (Model Number:15-081-108)	保障期間:2019年11月5日~2021年11月5日	2021年11月	深凍冷凍庫
2020.1.30確認	遠心機	久保田製作所	4000 2800 (2台)	1回/年 メーカーメンテナンスを実施 2020年1月30日点検実施 1回/年 メーカーメンテナンスを実施 2020年1月30日点検実施	2021年1月 2021年1月	日常点検記録、取扱説明書、手順書あり