

変更日	項目	新	旧	
2019.4.26	PT-INR	0.92~1.18	0.92~1.18	ロット変更(2019.4.26~2019.11.5)
	PT-sec	9.60~12.1	9.50~12.1	
2019.5.24	蛋白分画			
	Alb%	54.8~65.4	60.9~71.3	測定機器・試薬変更のため
	α1%	2.3~3.8	1.8~2.7	
	α2%	5.0~8.9	5.9~8.5	
	β%	9.0~14.6	6.9~10.5	
	γ%	13.2~23.9	11.0~21.2	
	A/G比	-	1.50~2.43	
	Alb(g/dL)	3.9~4.8	-	
	α1(g/dL)	0.2~0.3		
	α2(g/dL)	0.4~0.6		
	β(g/dL)	0.6~1.0		
	γ(g/dL)	0.9~1.8		
2019.7.16	RF	≤15	<16	基準値見直し
	Hp	19~170	17~169	
	抗ds-DNAIgG抗体	IU/mL	U/mL	単位の変更
	抗GBM抗体	U/mL	IU/mL	
	髄液糖	40~75	-	基準値設定
2019.11.6	PT-INR	0.92~1.19	0.92~1.18	ロット変更(2019.11.6~2020.6.16)
	PT-sec	9.40~12.0	9.60~12.1	
2019.11.28	インフリキシマブ血中薬物濃度	検査中止		依頼件数が僅少のため(～令和元年11月28日)
2020.5.1	(1→3)-β-D-グルカン	≥21pg/dL: + 11~20pg/dL: ± ≤10pg/dL: -	≤11pg/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
2020.6.17	PT-INR	0.92~1.16	0.92~1.19	ロット変更(2020.6.17~2021.1.25)
	PT-sec	10.2~12.5	9.40~12.0	
2020.7.13	ALP	38~113U/L	106~322U/L	測定方法変更(JSCC法からIFCC法へ変更) 2020年7月13日夜間休日受付分から
2020.9.2	HCG(血清)	M: <1.0 mIU/mL F: ≤5.0 mIU/mL	<0.5 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため 2020年9月2日夜間休日受付分から
	HCG(尿)	≤3.0 mIU/mL	<2.5 mIU/mL	
2020.9.3	β-HCG(血清)	M: <2.0 mIU/mL	<0.5 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
		F: ≤1.0 mIU/mL		
2020.11.25	LH	M: 2.2~8.4 mIU/mL	M: 0.52~7.8 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
		F: 卵泡期: 1.4~15.0 mIU/mL	F: 卵泡期: 1.1~12.1 mIU/mL	
		F: 排卵期: 8.0~100.0 mIU/mL	F: 排卵期: 2.0~39.7 mIU/mL	
		F: 黄体期: 0.5~15.0 mIU/mL	F: 黄体期: 0.7~21.6 mIU/mL	
		F: 閉経期: 11.0~50.0 mIU/mL	F: 閉経期: 8.4~67.7 mIU/mL	
2020.11.25	FSH	M: 1.8~12.0 mIU/mL	M: 1.3~17.0 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
		F: 卵泡期: 3.0~10.0 mIU/mL	F: 卵泡期: 2.6~11.9 mIU/mL	
		F: 排卵期: 5.0~24.0 mIU/mL	F: 排卵期: 2.8~15.6 mIU/mL	
		F: 黄体期: 1.3~6.2 mIU/mL	F: 黄体期: 1.4~9.6 mIU/mL	
		F: 閉経期: 26.0~120.0 mIU/mL	F: 閉経期: 13.3~157.1 mIU/mL	
2020.11.25	PRL	M: 4.3~13.7 ng/mL	M: 3.0~17.3 ng/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
		F: 閉経前: 4.9~29.3 ng/mL	F: 1.6~21.9 ng/mL	
		F: 閉経後: 3.1~15.4 ng/mL		
2021.1.26	PT-INR	0.92~1.17	0.92~1.16	ロット変更(2021.1.26~)
	PT-sec	9.7~12.3	10.2~12.5	
2021.3.1	インスリン	1.2~9.0 μIU/mL	2.1~19.0 μU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
	C-ペプチド(血液)	0.67~2.48 ng/mL	0.74~3.18 ng/mL	
	C-ペプチド(尿)	40.1~86.1 μg/day	18.3~124.4 μg/day	
	テストステロン(男性)	1.87~9.02 ng/mL	242.0~972.0 ng/dL	
	テストステロン(女性)	0.50 ng/mL以下	10.0~75.0 ng/dL	
	TgAb	19.3 IU/mL未満	5.0 IU/mL未満	
	TPOAb	3.3 IU/mL未満	3.0 IU/mL未満	
	サイログロブリン	3.71~35.12 ng/mL	33.70 ng/mL以下	
2021/5/17	好中球数	1500~7500 / μL	1800~7500 / μL	臨床検査法提要が第34版から第35版へ 改訂されたため
	好塩基球数	50 / μL未満	200 / μL未満	