

臨床検査基準範囲の変更履歴

更新日: 2022/1/12

変更日	項目	新	旧	備考					
2020.5.1	(1→3)-β-D-グルカン	≥21pg/dL: + 11~20pg/dL: ± ≤10pg/dL: -	≤11pg/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため					
2020.6.17	PT-INR	0.92~1.16	0.92~1.19	ロット変更(2020.6.17~2021.1.25)					
	PT-sec	10.2~12.5	9.40~12.0						
2020.7.13	ALP	38~113U/L	106~322U/L	測定方法変更(JSCC法からIFCC法へ変更) 2020年7月13日夜間休日受付分から					
2020.9.2	HCG(血清)	M: <1.0 mIU/mL F: ≤5.0 mIU/mL	<0.5 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため 2020年9月2日夜間休日受付分から					
	HCG(尿)	≤3.0 mIU/mL	<2.5 mIU/mL						
2020.9.3	β-HCG(血清)	M: <2.0 mIU/mL F: ≤1.0 mIU/mL	<0.5 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため					
2020.11.25	LH	M: 2.2~8.4 mIU/mL F: 卵泡期: 1.4~15.0 mIU/mL F: 排卵期: 8.0~100.0 mIU/mL F: 黄体期: 0.5~15.0 mIU/mL F: 閉経期: 11.0~50.0 mIU/mL	M: 0.52~7.8 mIU/mL F: 卵泡期: 1.1~12.1 mIU/mL F: 排卵期: 2.0~39.7 mIU/mL F: 黄体期: 0.7~21.6 mIU/mL F: 閉経期: 8.4~67.7 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため					
		FSH	M: 1.8~12.0 mIU/mL F: 卵泡期: 3.0~10.0 mIU/mL F: 排卵期: 5.0~24.0 mIU/mL F: 黄体期: 1.3~6.2 mIU/mL F: 閉経期: 26.0~120.0 mIU/mL		M: 1.3~17.0 mIU/mL F: 卵泡期: 2.6~11.9 mIU/mL F: 排卵期: 2.8~15.6 mIU/mL F: 黄体期: 1.4~9.6 mIU/mL F: 閉経期: 13.3~157.1 mIU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため			
			PRL		M: 4.3~13.7 ng/mL F: 閉経前: 4.9~29.3 ng/mL F: 閉経後: 3.1~15.4 ng/mL		M: 3.0~17.3 ng/mL F: 1.6~21.9 ng/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため	
	2021.1.26	PT-INR	0.92~1.17	0.92~1.16	ロット変更(2021.1.26~)				
		PT-sec	9.7~12.3	10.2~12.5					
	2021.3.1	インスリン	1.2~9.0 μIU/mL	2.1~19.0 μU/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため				
		C-ペプチド(血液)	0.67~2.48 ng/mL	0.74~3.18 ng/mL					
		C-ペプチド(尿)	40.1~86.1 μg/day	18.3~124.4 μg/day					
		テストステロン(男性)	1.87~9.02 ng/mL	242.0~972.0 ng/dL					
		テストステロン(女性)	0.50 ng/mL以下	10.0~75.0 ng/dL					
TgAb		19.3 IU/mL未満	5.0 IU/mL未満						
TPOAb		3.3 IU/mL未満	3.0 IU/mL未満						
サイログロブリン		3.71~35.12 ng/mL	33.70 ng/mL以下						
2021/5/17	好中球数	1500~7500 / μL	1800~7500 / μL	臨床検査法提要が第34版から第35版へ改訂されたため					
	好塩基球数	50 / μL未満	200 / μL未満						
2021/7/26	PT-INR	0.91~1.17	0.92~1.17	ロット変更(2021.7.26~)					
	PT-sec	9.8~12.4	9.7~12.3						
2021/12/22	サイトメガロウイルスIgG	SRLの総合検査案内をご確認ください	4 U/mL未満: 陰性 4~6 U/mL未満: 判定保留 6 U/mL以上: 陽性	院内測定中止、SRLへ外注移行					
	サイトメガロウイルスIgM		0.70 TV未満: 陰性 0.70~0.90 TV未満: 判定保留 0.90 TV以上: 陽性						
	風疹ウイルスIgG		10 IU/mL未満: 陰性 10~15 IU/mL未満: 判定保留 15 IU/mL以上: 陽性						
	風疹ウイルスIgM		0.80 TV未満: 陰性 0.80~1.20 TV未満: 判定保留 1.20 TV以上: 陽性						
	ムンプスウイルスIgG		0.35 TV未満: 陰性 0.35~0.50 TV未満: 判定保留 0.50 TV以上: 陽性						
	麻疹ウイルスIgG		0.50 TV未満: 陰性 0.50~0.70 TV未満: 判定保留 0.70 TV以上: 陽性						
2022/1/13	PT-INR	0.92~1.19	0.91~1.17	ロット変更(2021/1/13~)					
	PT-sec	9.6~12.3	9.8~12.4						