

臨床検査基準範囲の変更履歴

変更日	項目	新	旧	備考
2021.1.26	PT-INR	0.92~1.17	0.92~1.16	ロット変更(2021.1.26~)
	PT-sec	9.7~12.3	10.2~12.5	
2021.3.1	インスリン	1.2~9.0 μ IU/mL	2.1~19.0 μ U/mL	測定機器、測定方法および試薬変更のため
	C-ペプチド(血液)	0.67~2.48 ng/mL	0.74~3.18 ng/mL	
	C-ペプチド(尿)	40.1~86.1 μ g/day	18.3~124.4 μ g/day	
	テストステロン(男性)	1.87~9.02 ng/mL	242.0~972.0 ng/dL	
	テストステロン(女性)	0.50 ng/mL以下	10.0~75.0 ng/dL	
	TgAb	19.3 IU/mL未満	5.0 IU/mL未満	
	TPOAb	3.3 IU/mL未満	3.0 IU/mL未満	
2021/5/17	好中球数	1500~7500 / μ L	1800~7500 / μ L	臨床検査法提要が第34版から第35版へ改訂されたため
	好塩基球数	50 / μ L未満	200 / μ L未満	
2021/7/26	PT-INR	0.91~1.17	0.92~1.17	ロット変更(2021.7.26~)
	PT-sec	9.8~12.4	9.7~12.3	
2021/12/22	サイトメガロウイルスIgG	SRLの総合検査案内をご確認ください	4 U/mL未満: 陰性 4~6 U/mL未満: 判定保留 6 U/mL以上: 陽性	院内測定中止、SRLへ外注移行
	サイトメガロウイルスIgM		0.70 TV未満: 陰性 0.70~0.90 TV未満: 判定保留 0.90 TV以上: 陽性	
	風疹ウイルスIgG		10 IU/mL未満: 陰性 10~15 IU/mL未満: 判定保留 15 IU/mL以上: 陽性	
	風疹ウイルスIgM		0.80 TV未満: 陰性 0.80~1.20 TV未満: 判定保留 1.20 TV以上: 陽性	
	ムンプスウイルスIgG		0.35 TV未満: 陰性 0.35~0.50 TV未満: 判定保留 0.50 TV以上: 陽性	
	麻疹ウイルスIgG		0.50 TV未満: 陰性 0.50~0.70 TV未満: 判定保留 0.70 TV以上: 陽性	
2022/1/13	PT-INR	0.92~1.19	0.91~1.17	ロット変更(2021/1/13~)
	PT-sec	9.6~12.3	9.8~12.4	
2022/2/10	T-Ly	58~84 %	59~88 %	スタンダードフローサイトメトリー 第2版 日本サイトメトリー技術者認定協議会編より引用
	B-Ly	5~24 %	4~26 %	
	NK	10~38 %	2~26 %	
	CD3+4+	25~56 %	29~65 %	
	CD3+8+	17~44 %	13~40 %	
2022/3/23	SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原)	0.24 ~ 2.52 ng/mL	1.5 ng/mL以下	測定機器、測定原理および試薬変更のため
2022/4/12	IgG4	14.6~117.0 mg/dL	4.5~117.0 mg/dL	測定下限値変更のため
2022/10/28	コルチゾール(血液)	7.1~19.6 μ g/dL	AM 6~10: 7.07~19.6 μ g/dL PM 4~8: 2.96~9.77 μ g/dL	コルチゾール血中濃度については、使用しているステロイドなどの薬剤使用歴、日内変動、ストレス、下垂体機能などの影響を受けるため、評価は包括的なものとなります。一概に基準値を設けにくいいため、参考値としてお示しします。
2022/12/21	TSH	0.61~4.23 mIU/L	0.33~4.05 μ U/mL	ホルモンライゼンションにて設定された基準範囲の採用に伴う変更。 ※当院で使用している測定試薬は補正係数1.00であるため、変更前後の測定値に影響はありません。
2023/9/19	CMV核酸定量	ケンシュツセズ(定量下限未満)	設定なし	結果報告方法変更のため
2023/10/3	大腸菌O-157抗原		陰性	院内測定中止のため
2023/12/26	SARS-CoV-2抗原(唾液)		陰性	院内測定中止のため
	HCV-RNA核酸定量		ケンシュツセズ	外注委託化(OML)のため
2024/2/14	APTT	24.0~34.0	26.9~38.1	測定試薬変更のため
2024/2/15	第Ⅷ凝固因子活性	60~140	70~150	測定試薬変更のため
	第Ⅸ凝固因子活性	60~140	70~120	
2024/3/26	シスタチンC	(男性)0.63~0.94mg/L (女性)0.52~0.85mg/L	(男性)0.63~0.95mg/L (女性)0.56~0.87mg/L	測定試薬変更のため
	リウマチ因子	15IU/mL以下	16U/mL未満	測定試薬変更のため
	SARS-CoV-2核酸検出(BD MAX)		陰性	院内測定中止のため
	MAC核酸同定		陰性	外注委託化(OML)のため